

Resultado por Fornecedor



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Pregão Nº 00057/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Peça / componente equipamento hospitalar</u>	Unidade	4	R\$ 53.278,6800	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000

Marca: CMOS DRAKE DO NORDES

Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.

Modelo / Versão: ELETROCARDIOGRAFO MOSES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O eletrocardiógrafo capta um sinal de nível de microvolts da superfície do corpo humano através do cabo do paciente e eletrodos. Ele amplifica o sinal pelo módulo de amplificação antes da conversão de analógico para digital (A / D). Após a conversão A / D, o sinal é processado pela CPU do módulo de controle do teclado. A CPU envia o sinal para a impressora térmica. O programa de controle de precisão do Módulo de Controle do Teclado é usado para acionar o motor de passo, de modo a fazer o papel de impressão rodar a uma velocidade constante. Ao controlar a temperatura dos componentes emissores de calor mencionados acima, traços e caracteres de ECG relevantes podem ser impressos no papel de impressão térmica. Além disso, o Módulo de Controle do Teclado também processa o sinal do teclado e controla a exibição do traçado, o relógio de tempo real, etc. O Módulo de Alimentação fornece outros módulos do equipamento com fontes de energia, das quais a energia CA é prioritária a bateria recarregável. Quando o equipamento é alimentado por energia CA, a bateria é carregada, desde que não haja operação da unidade. RMS Anvisa: 80058130020.

Total do Fornecedor: R\$ 24.000,0000

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Colchão - uso hospitalar</u>	Unidade	26	R\$ 94.543,2800	R\$ 3.630,0000	R\$ 94.380,0000

Marca: MEDICAL

Fabricante: MEDICAL

Modelo / Versão: fixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão - uso hospitalar

Total do Fornecedor: R\$ 94.380,0000

27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Lente uso oftalmológico</u>	Unidade	6	R\$ 13.500,0000	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000

Marca: VOLK

Fabricante: VOLK

Modelo / Versão: V20LC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENTE 20D Descrição técnica: lentes 20D com campo de visão: 46º/60º; ampliação da imagem: 3,13X; ponto de laser: 0,32X; distância de trabalho: 50MM para utilização em diagnóstico e tratamento. Garantia Mínima: 12 Meses Apresentação: Unidade Marca/FABRICANTE: VOLK/VOLK MODELO: V20LC ANVISA: 80891629001

3	<u>Lente uso oftalmológico</u>	Unidade	6	R\$ 15.126,0000	R\$ 2.330,0000	R\$ 13.980,0000
---	--------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: VOLK

Fabricante: VOLK

Modelo / Versão: V78LC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENTE 78D Descrição técnica: lente necessária para o exame de fundoscopia ocular. Lente biconvexa confeccionada com vidro de alta transmitância de não contato, utilizado para visualização do polo posterior da retina na lâmpada de fenda. Posicionada a 10 mm do globo ocular do paciente, possibilita um campo de visão com ampliação de imagem em 98 vezes. Composição: vidro óptico, suporte em alumínio polido: produto com registro da ANVISA. Garantia Mínima: 12 Meses Apresentação: Unidade Marca / Fabricante: VOLK/ VOLK Modelo: V78LC ANVISA: 80891629001

Total do Fornecedor: R\$ 25.980,0000

32.597.474/0001-59 - STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Banco giratório</u>	Unidade	26	R\$ 18.720,0000	R\$ 683,4600	R\$ 17.769,9600

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo / Versão: MT110NRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM ENCOSTO Descrição técnica: mocho com sistema a gás para regulagem da altura do assento, regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, com ajuste de altura aproximada entre 50 e 70cm, proporcionando o ajuste anatômico, com base giratória com cinco rodízios duplos de grande resistência estrutural, suportando de até 250 kg, com estofamento resistente em poliuretano espesso, revestido em laminado de pvc que garante maior resistência e rigidez, sem costura, lavável, facilitando a assepsia, apoio para os pés ajustável, possibilitando melhor posição no campo operatório e facilitando a hemodinâmica.

6 Mesa auxiliar hospitalar Unidade 15 R\$ 9.615,0000 R\$ 576,6600 R\$ 8.649,9000

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo / Versão: MT2301

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX Descrição técnica: estrutura tubular, tampo e prateleira confeccionados em chapa de aço inox; - extremidades das prateleiras com acabamento sem arestas cortantes; - varanda (guarnição) em aço inox em volta das prateleiras. - Comprimento: 60 x 40 x 80cm. Características adicionais com 4 rodízios de 2', com freio em duas. Opcional: aço inox AISI 304 balde e bacia inox.

Total do Fornecedor: R\$ 26.419,8600

48.191.392/0001-40 - ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Cadeira de rodas</u>	Unidade	13	R\$ 55.643,5100	R\$ 1.822,8000	R\$ 23.696,4000

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo / Versão: CDS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS Tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, apoio braço apoio braços escamoteáveis, tipo de pneu pneus dianteiros giratórios maciços 8', tipo pneu traseiro fixo 24', tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés regulável, capacidade máxima até 200 kg. Garantia Mínima: 12 Meses

Total do Fornecedor: R\$ 23.696,4000

Valor Global da Ata: R\$ 194.476,2600

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)