



Brasília, 26 de outubro de 2020

À

TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA,

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 16/2020 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Em atenção à solicitação apresentada pela empresa **TIRADENTES**, informamos o que segue:

Primeiramente, o Sesc é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Lei n. 9.853/46, regido por regulamentos próprios, formalmente aprovados pelos Decretos nº 60.344/67, nº 61.836/67 e pelos demais que vieram complementá-los e/ou alterá-los. A Instituição não tem fins lucrativos e não utiliza recursos federais.

Portanto, no âmbito dos processos licitatórios que realiza não se reporta diretamente à Lei nº 8.666/93, mas especificamente à Resolução Sesc nº 1.252/12, aprovada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, instituída para nortear tais certames.

Segundo, o pedido de esclarecimento encaminhado por e-mail, em 20/10/2020, às 11h35, segue de forma TEMPESTIVA, conforme disposto em Edital. Dessa forma, passamos aos esclarecimentos:

Questionamento 1) Solicitamos, gentileza, seja alterado o prazo de entrega para até 90 (noventa) dias corridos, após a emissão e comprovação de recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF a ser emitido pela Coordenação de Compras - Cocomp.

Resposta: Após consulta a área técnica e, em razão da necessidade dos equipamentos para atendimento à pandemia do novo coronavírus, será mantido o prazo de 05 (cinco) dias para entrega dos equipamentos, conforme estabelecido em Edital.

Questionamento 2) Para que haja a ampla participação de licitantes e maior competitividade entre os mesmos, solicitamos seja alteração na descrição da Caneta de alta rotação: “rotação: Mínima: 280.000 rpm. Máxima: 420.000 rpm”, bem como “Torque: de 0,05 a 0,18 N.cm.” (Marca Dabi Atlante).

Resposta: Com base no parecer técnico da área requisitante, será mantida a descrição do item.



Questionamento 3) Para que haja a ampla participação de licitantes e maior competitividade entre os mesmos, solicitamos seja alterada na descrição do Contra Ângulo: “corpo em alumínio e/ou latão”.

Resposta: Após consulta a área técnica, a descrição do item foi alterada, conforme Edital retificado.

Por fim, informamos a nova data de abertura do certame, qual seja dia **06/11/2020**, mantendo-se inalterado o horário.

Gilliane Gomes dos Anjos Novais
Pregoeira
Sesc-AR/DF